

نام دستگاه:	POWER SUPPLY	نام متقاضی:	آقای داوود بخشی زاده
مدل:	8303	تاریخ کالیبراسیون:	شیراز
شماره سریال:	10023	تاریخ پیشنهادی بعدی:	۱۴۰۳/۶/۲۷
دامنه اندازه گیری:	0 - 30 V , 0 - 3 A	تاریخ صدور:	۱۴۰۴/۶/۲۷
کوچکترین زمینه:	0.2 A , 2 V	شماره گواهینامه:	E-1403/2030
سازنده:	صایران	صفحه:	۱ از ۲
کد شناسایی مشتری:	-	دامنه کالیبراسیون:	مطابق جدول
محل استقرار:	-	آدرس متقاضی:	شیراز
محل انجام کالیبراسیون:	دقت آزمون شیراز	شماره مشخصه:	DA38048

Precision Multimeter 6 ½ Digit
Frequency Counter
IDS-317
20 ± 2 °C 35-70 %

Certificate NO.: AKS0008W 20715
Certificate NO.: AKS0006W 20716

استاندارد مرجع:
روش کالیبراسیون:
شرایط محیطی:

نتایج بدست آمده بر اساس قاعده تصمیم گیری توافق شده و عدم قطعیت آزمایشگاه به مقدار هدف تعیین شده و ارزیابی ریسک محتمل آزمون مطابق روش MPE تعیین و نتایج بر اساس قاعده تصمیم گیری رد و پذیرش ساده با عدم قطعیت در سطح اطمینان ۹۵٪ و ضریب همپوشانی K=2 مورد بررسی قرار گرفته است و با الزامات تطابق دارد.

- ۱ - استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.
- ۲ - هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳ - این گواهینامه بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.

مهر آزمایشگاه

مدیر فنی آزمایشگاه

کالیبره کننده



(Signature)



نام دستگاه:	POWER SUPPLY	نام متقاضی:	آقای داوود بخشی زاده
مدل:	8303	تاریخ کالیبراسیون:	شیراز
شماره سریال:	5400	تاریخ پیشنهادی بعدی:	۱۴۰۳/۶/۲۷
دامنه اندازه گیری:	0 - 30 V , 0 - 3 A	تاریخ صدور:	۱۴۰۴/۶/۲۷
کوچکترین زینه:	0.01 A , 0.1 V	شماره گواهینامه:	E-1403/320565
سازنده:	صایران	صفحه:	۱ از ۲
کد شناسایی مشتری:	-	دامنه کالیبراسیون:	مطابق جدول
محل استقرار:	-	آدرس متقاضی:	شیراز
محل انجام کالیبراسیون:	دقت آزمون شیراز	شماره مشخصه:	DA72454


Precision Multimeter 6 ½ Digit
Frequency Counter
IDS-317
20 ± 2 °C 35-70 %

Certificate NO.: AKS0008W 20715
Certificate NO.: AKS0006W 20716

استاندارد مرجع:
روش کالیبراسیون:
شرایط محیطی:

نتایج بدست آمده بر اساس قاعده تصمیم گیری توافق شده و عدم قطعیت آزمایشگاه به مقدار هدف تعیین شده و ارزیابی ریسک محتمل آزمون مطابق روش MPE تعیین و نتایج بر اساس قاعده تصمیم گیری رد و پذیرش ساده با عدم قطعیت در سطح اطمینان ۹۵٪ و ضریب همپوشانی K=2 مورد بررسی قرار گرفته است و با الزامات تطابق دارد.

- ۱ - استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.
- ۲ - هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳ - این گواهینامه بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.



نام دستگاه:	POWER SUPPLY	نام متقاضی:	آقای داوود بخشی زاده
مدل:	8303	تاریخ کالیبراسیون:	شیراز
شماره سریال:	-	تاریخ پیشنهادی بعدی:	۱۴۰۳/۶/۲۷
دامنه اندازه گیری:	0 - 30 V , 0 - 3 A	تاریخ صدور:	۱۴۰۴/۶/۲۷
کوچکترین زمینه:	0.2 A , 2 V	شماره گواهینامه:	E-1403/320564
سازنده:	صایران	صفحه:	۱ از ۲
کد شناسایی مشتری:	-	دامنه کالیبراسیون:	مطابق جدول
محل استقرار:	-	آدرس متقاضی:	شیراز
محل انجام کالیبراسیون:	دقت آزمون شیراز	شماره مشخصه:	DA109130

Precision Multimeter 6 ½ Digit
Frequency Counter
IDS-317
20 ± 2 °C 35-70 %

Certificate NO.: AKS0008W 20715
Certificate NO.: AKS0006W 20716

استاندارد مرجع:
روش کالیبراسیون:
شرایط محیطی:

نتایج بدست آمده بر اساس قاعده تصمیم گیری توافق شده و عدم قطعیت آزمایشگاه به مقدار هدف تعیین شده و ارزیابی ریسک محتمل آزمون مطابق روش MPE تعیین و نتایج بر اساس قاعده تصمیم گیری رد و پذیرش ساده با عدم قطعیت در سطح اطمینان ۹۵٪ و ضریب همپوشانی K=2 مورد بررسی قرار گرفته است و با الزامات تطابق دارد.

- ۱ - استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.
- ۲ - هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳ - این گواهینامه بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.



مدیر فنی آزمایشگاه

کالیبره کننده



گواهینامه کالیبراسیون

نام دستگاه:	POWER SUPPLY	نام متقاضی:	آقای داوود بخشی زاده
مدل:	8303	تاریخ کالیبراسیون:	شیراز
شماره سریال:	2093	تاریخ پیشنهادی بعدی:	۱۴۰۳/۶/۲۷
دامنه اندازه گیری:	0 - 30 V , 0 - 3 A	تاریخ صدور:	۱۴۰۴/۶/۲۷
کوچکترین زمینه:	0.2 A , 2 V	شماره گواهینامه:	E-1403/2031
سازنده:	صایران	صفحه:	۱ از ۲
کد شناسایی مشتری:	-	دامنه کالیبراسیون:	مطابق جدول
محل استقرار:	-	آدرس متقاضی:	شیراز
محل انجام کالیبراسیون:	دقت آزمون شیراز	شماره مشخصه:	DA12510

Precision Multimeter 6 ½ Digit
Frequency Counter
IDS-317
20 ± 2 °C 35-70 %

Certificate NO.: AKS0008W 20715
Certificate NO.: AKS0006W 20716

استاندارد مرجع:

روش کالیبراسیون:

شرایط محیطی:

نتایج بدست آمده بر اساس قاعده تصمیم گیری توافق شده و عدم قطعیت آزمایشگاه به مقدار هدف تعیین شده و ارزیابی ریسک محتمل آزمون مطابق روش MPE تعیین و نتایج بر اساس قاعده تصمیم گیری رد و پذیرش ساده با عدم قطعیت در سطح اطمینان ۹۵٪ و ضریب همپوشانی K=2 مورد بررسی قرار گرفته است و با الزامات تطابق دارد.

- ۱ - استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.
- ۲ - هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳ - این گواهینامه بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.



مدیر فنی آزمایشگاه



گواهینامه کالیبراسیون

نام دستگاه:	دیجیتال مولتی متر	نام متقاضی:	آقای داوود بخشی زاده
مدل:	3256-50	تاریخ کالیبراسیون:	۱۴۰۳/۶/۲۷
شماره سریال:	030826301	تاریخ پیشنهادی بعدی:	۱۴۰۴/۶/۲۷
دامنه اندازه گیری:	-	تاریخ صدور:	۱۴۰۳/۷/۱۱
کوچکترین زینه:	-	شماره گواهینامه:	E-1403/330
سازنده:	HIOKI	صفحه:	۱ از ۲
کد شناسایی مشتری:	-	دامنه کالیبراسیون:	مطابق جدول
محل استقرار:	-	آدرس متقاضی:	شیراز
محل انجام کالیبراسیون:	دقت آزمون شیراز	شماره مشخصه:	DA33828

Multifunction AC/DC Calibrator
Decade Resistor
IDS-374, IDS 316
20 ± 2 °C 35-70 %

Certificate No.: E-1402/2012
Certificate No.: E-1402/2010

استاندارد مرجع:
روش کالیبراسیون:
شرایط محیطی:

نتایج بدست آمده بر اساس قاعده تصمیم گیری توافق شده و عدم قطعیت آزمایشگاه به مقدار هدف تعیین شده و ارزیابی ریسک محتمل آزمون مطابق روش MPE تعیین و نتایج بر اساس قاعده تصمیم گیری رد و پذیرش ساده با عدم قطعیت در سطح اطمینان ۹۵٪ و ضریب همپوشانی K=2 مورد بررسی قرار گرفته است و با الزامات تطابق دارد.

- ۱ - استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.
- ۲ - هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳ - این گواهینامه بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.



مدیر فنی آزمایشگاه



گواهینامه کالیبراسیون

نام دستگاه:	دیجیتال مولتی متر	نام متقاضی:	آقای داوود بخشی زاده
مدل:	3256-50	تاریخ کالیبراسیون:	۱۴۰۳/۶/۲۷
شماره سریال:	030925822	تاریخ پیشنهادی بعدی:	۱۴۰۴/۶/۲۷
دامنه اندازه گیری:	-	تاریخ صدور:	۱۴۰۳/۷/۱۱
کوچکترین زینه:	-	شماره گواهینامه:	E-1403/331
سازنده:	HIOKI	صفحه:	۱ از ۲
کد شناسایی مشتری:	-	دامنه کالیبراسیون:	مطابق جدول
محل استقرار:	-	آدرس متقاضی:	شیراز
محل انجام کالیبراسیون:	دقت آزمون شیراز	شماره مشخصه:	DA14942

Multifunction AC/DC Calibrator
Decade Resistor
IDS-374, IDS 316
20 ± 2 °C 35-70 %

Certificate No.: E-1402/2012
Certificate No.: E-1402/2010

استاندارد مرجع:
روش کالیبراسیون:
شرایط محیطی:

نتایج بدست آمده بر اساس قاعده تصمیم گیری توافق شده و عدم قطعیت آزمایشگاه به مقدار هدف تعیین شده و ارزیابی ریسک محتمل آزمون مطابق روش MPE تعیین و نتایج بر اساس قاعده تصمیم گیری رد و پذیرش ساده با عدم قطعیت در سطح اطمینان ۹۵٪ و ضریب همپوشانی K=2 مورد بررسی قرار گرفته است و با الزامات تطابق دارد.

- ۱ - استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.
- ۲ - هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳ - این گواهینامه بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.



مدیر فنی آزمایشگاه



گواهینامه کالیبراسیون

نام دستگاه:	دیجیتال مولتی متر	نام متقاضی:	آقای داوود بخشی زاده
مدل:	3256-50	تاریخ کالیبراسیون:	۱۴۰۳/۶/۲۷
شماره سریال:	650215409	تاریخ پیشنهادی بعدی:	۱۴۰۴/۶/۲۷
دامنه اندازه گیری:	-	تاریخ صدور:	۱۴۰۳/۷/۱۱
کوچکترین زینه:	-	شماره گواهینامه:	E-1403/332
سازنده:	HIOKI	صفحه:	۱ از ۲
کد شناسایی مشتری:	-	دامنه کالیبراسیون:	مطابق جدول
محل استقرار:	-	آدرس متقاضی:	شیراز
محل انجام کالیبراسیون:	دقت آزمون شیراز	شماره مشخصه:	DA14941

Multifunction AC/DC Calibrator
Decade Resistor
IDS-374, IDS 316
20 ± 2 °C 35-70 %

Certificate No.: E-1402/2012
Certificate No.: E-1402/2010

استاندارد مرجع:
روش کالیبراسیون:
شرایط محیطی:

نتایج بدست آمده بر اساس قاعده تصمیم گیری توافق شده و عدم قطعیت آزمایشگاه به مقدار هدف تعیین شده و ارزیابی ریسک محتمل آزمون مطابق روش MPE تعیین و نتایج بر اساس قاعده تصمیم گیری رد و پذیرش ساده با عدم قطعیت در سطح اطمینان ۹۵٪ و ضریب همپوشانی K=2 مورد بررسی قرار گرفته است و با الزامات تطابق دارد.

- ۱ - استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.
- ۲ - هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.
- ۳ - این گواهینامه بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.



گواهینامه کالیبراسیون

نام دستگاه:	ارت تستر	نام متقاضی:	آقای داوود بخشی زاده
مدل:	M12124	تاریخ کالیبراسیون:	شیراز
شماره سریال:	17150216	تاریخ پیشنهادی بعدی:	۱۴۰۳/۶/۲۷
دامنه اندازه گیری:	-	تاریخ صدور:	۱۴۰۴/۶/۲۷
کوچکترین زینه:	-	شماره گواهینامه:	E-1403/50564
سازنده:	METREL	صفحه:	۱ از ۲
کد شناسایی مشتری:	-	دامنه کالیبراسیون:	مطابق جدول
محل استقرار:	-	آدرس متقاضی:	شیراز
محل انجام کالیبراسیون:	دقت آزمون شیراز	شماره مشخصه:	DA72449

Multifunction AC/DC Calibrator
Decade Resistor

IDS-335

20 ± 2 °C 35-70 %

Certificate No.: E-1402/2012
Certificate NO.: E-1402/2010

استاندارد مرجع:

روش کالیبراسیون:

شرایط محیطی:

نتایج بدست آمده بر اساس قاعده تصمیم گیری توافق شده و عدم قطعیت آزمایشگاه به مقدار هدف تعیین شده و ارزیابی ریسک محتمل آزمون مطابق روش MPE تعیین و نتایج بر اساس قاعده تصمیم گیری رد و پذیرش ساده با عدم قطعیت در سطح اطمینان ۹۵٪ و ضریب همپوشانی K=2 مورد بررسی قرار گرفته است و با الزامات تطابق دارد.

۱ - استفاده کننده باید در فاصله زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.

۲ - هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.

۳ - این گواهینامه بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.

مهر آزمایشگاه

مدیر فنی آزمایشگاه

کالیبره کننده



(Signature)

